

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3591

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО ПП "УК Надежда"**
по адресу: **г. Тюмень, Советская, дом № 65, корпус 1**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
СПТ-943	42900	20.09.2021	05763840
ПРЭМ	249119	20.09.2021	05763836
ПРЭМ	242530	20.09.2021	05763838
КТПТР-05	5738А	08.09.2023	05763837
КТПТР-05	5738	08.09.2023	05763839

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду50 0,48-72

Доп. информация: Под прибором

Q_{со(жд)}=0,378, Q_{гвс(жд)}=0,319, Q_{со(маг)}=0,017, Q_{гвс(маг)}=0,023,

Q_{со(оф1)}=0,012, Q_{гвс(оф1)}=0,013, Q_{со(оф2)}=0,0045, Q_{гвс(оф2)}=0,0058 - Трасса

согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей

Аскеров М.А. тел. 8(3452)

организации: 56-71-59

Ответственный представитель

потребителя: Климов Ю.Г.



(подпись)

(подпись)